

## 200 MİKROLİTRELİK SARI PİPET UCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Pakette 1000 adet olmalıdır.
2. Hacmi 20-200 mikrolitre arasında olmalıdır.
3. Polipropilenden yapılmış ve otoklavlanabilir olmalıdır.
4. Teklif edilen pipet ucu laboratuvarında kullanılan otomatik pipetlere uygun olmalıdır. Teklif veren firma uygunluk testi için örnek numune bırakmalıdır.

Doç. Dr. İsmail GÜVENÇEL  
Tıbbi Mikrobiyoloji A.B.D. Öğr. Üyesi  
Mikrobiyoloji

