

ARTER - VEN FİSTÜL İĞNESİ SATINALMA ŞARTNAMESİ

- 1-Tek kullanımlık olmalı, fistül iğnelerinde batmaları önlemek için koruyucu olmalı
- 2- İğne çapları 1.6 mm (16 G-17 G) olmalı,
- 3-Talep halinde yukarıdaki sınırlarda olmak üzere farklı numaralarda fistül iğnesi temin edilecektir
- 4- Her iki sette iğne bitimi sabitleme ve pozisyon kelebeği olmalı,
- 5- Her iki sette tırnak ayarlı klemp ve pasolu kapak olmalı,
- 6- İğne boyları 2-3 cm, toplam set boyu 20-30 cm olmalı,iğneler 360 derece dönebimeli. İğneler delikli olmalı.
- 7- Plastik tüpler uygun materyalden yapılmış olup, yeteri kadar esnek olmalı,
- 8- İğne uçları uygun plastik muhafazayla korunmalı,
- 9- Tüm Üniversal Arter/Ven setlerine uyumlu olmalı,
- 10- Steril olmalı, sterilizasyon ömrü en az iki yıl olmalı.
- 11-Üretim tarihi ve teknik özellikleri ambalaj üzerinde görünmelidir.
- 12- Satıcı firma iğnelerin teknik özelliklerini bir broşürle birlikte denemek amacıyla bir miktar örneği kullanıcı servise 10 gün önceden bir tutanakla teslim etmelidir,
- 13- Üretim hatası bulunan ve kullanılması mümkün olmayan arter-ven fistül iğnelerinin (bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde) değiştirilmesi satıcı firma tarafından taahhütname ile garanti edilmelidir.
- 14.Malzemelerin fiyat teklifinde Sağlık Uygulama Tebliği kodlarının belirtilmesi zorunludur
15. Teklif edilecek UTS'ne kayıtlı olan malzemelerin UTS belgelerinin teklifinde sunulması gerekmektedir.
- 16.Malzeme yokluğunda hayati risk oluşmaktadır

Doc. Dr. AYSUN TORAMAN
CBU. İsp Fak. İç Hastalıkları AD
Nefroloji BD
Dip.Tes. No: 93482

10.11.2023