

DIAMOND DUSTED SWEEPER (ELMAS UÇLU GÜVENLİ SÜPÜRÜCÜ)

1. Tek kullanımlık olmalıdır. Paket üstünde kod numarası ce işareti ve markası belirtilmiş olmalıdır.
2. Alet ucu elmas tozu ile kaplanmış olmalıdır, Teklif edilen ürün steril çift blister ambalaj içinde, paketin nereden açılacağına dair ön ve arka yüzünde işaretler olmalıdır.
3. Teklif edilen ürünün elcik bölümü 360 derece tutulabilme özelliğine sahip ve geniş açılı non kontakt mercek sistemleri mekanizmasına (Eye-Boss, Biom, Ruw, Resight vb.) çarpmaması için kısaltılmış olmalıdır. Bu durum vazgeçilmez bir üstünlüktür.
4. 23G ve 0,6 mm ölçüsünde ve elmas toz kaplı ucu sabit olmalıdır.
5. UBB ve ÜTS Kaydı Olmalıdır. Teklif edilecek UTS'ne kayıtlı olan malzemelerin UTS belgelerinin teklifin ekinde sunulması gerekmektedir.

Op.Dr.Mustafa ERDOĞAN
M.C.EÜ.Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dip. Tes.No:130161

6/0 VICRYL SÜTÜR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sütür göz mikrocerrahisi için tasarlanmış olmalıdır.
2. Sütür steril olarak paketlenmiş olmalıdır.
3. Sütür tek kullanım için (disposable) üretilmiş olmalıdır
4. Sütür 6/0 çapında olmalıdır
5. İğnesi spatül tarzında olmalıdır.
6. Sütür çift iğneli olmalıdır.
7. Sütür uzunluğunun en az 45 cm olması tercih nedenidir.
8. İğnesinin 1/4c olması tercih nedenidir.
9. Sütür cerrahi kalitede 6/0 poliglaktin üretilmiş olmalıdır.
10. Sütür kendi kendine erir (braided absorbable) özellikte olmalıdır.
11. TİTUBB onaylı olmalıdır.
12. İhale sırasında numune getirilmesi gerekmektedir.
13. UBB ve ÜTS kaydı olmalıdır.

Op.Dr. Mustafa ERDOĞAN
M.C.BÜ. Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No: 130161

