

YIKAYICI DEZENFEKTÖR KİRLİLİK TESTİ ŞARTNAMESİ

- + Yıkayıcı-Dezenfektörlerde temizleme etkinliğinin rutin olarak izlenmesi için tasarlanmış olacaktır.
- + Kirlilik testi, alüminyum üzerinde sentetik test kiri bulunan indikatörlü şerit ve bu şeridin yerleştirileceği holder'dan (tutaç) oluşacaktır.
- + İndikatör, 70x35 mm ebatlarında olmalıdır.
- + Yıkama etkinlik indikatörü 0.20 mikron kalınlığında olmalı ve kayıtlar için zımbalanabilir olmalıdır.
- + Organik insan kanı similasyonuna eşdeğeri ile hazırlanmış organik kalıntıya sahip olmalı ve insan kanının similasyonunu test etmelidir.
- + İndikatörü yerleştirmek için şartları zorlaştırılmış holder'ı paslanmaz çelikten olacaktır.
- + Her 500 adet indikatör için 1(bir) adet holder verilecektir.
- + Yıkama indikatörü not alınan/yazılan alana sahip olmalı ve metalin rengi gri olmalıdır.
- + Iso 15883-1 ve 15883-5 yıkayıcı dezenfektörlerin rutin kontrolü için gerekli şartları yerine getirmiş olduğu üretici tarafından belgelenecektir.
- + Üretici firma Iso9001 ve Iso13485 belgelerini ihaleye dosyasına sunmalıdır.
- + Ürün cerrahi aletleri simüle etmesi açısından metal ve benzer formda olmalıdır.
- + Markası, lot numarası ve son kullanma tarihi indikatörün üzerinde yazılı olacaktır.
- + Yıkama etkinlik indikatörü köşeleri keskin hatlara sahip olduğunda kullanıcıya zarar vermekte ve tehlikeli olabilecek bu durumdan dolayı yıkama indikatörü köşeleri oval olmalıdır.
- + İşlem öncesi holder'a yerleştirilen indikatör, başarılı bir işlem sonunda okuma hatalarına izin vermeyecek şekilde yüzeyindeki taklit kirlerden arınmış olacaktır.
- + Yıkama indikatörü maksimum 250 Adetlik kutularda olmalıdır.
- + Yıkama testi, her marka cihaz ve solüsyon ile kullanılabilmelidir.
- + Test sonucunu yorumlamak için indikatörler ile birlikte renk değişim tablosu verilecektir.

SEVCAN ÇANKAYA
İmza