

SURGICAL LOOPS (DAMAR ASKISI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kırmızı ve mavi renklerde olmalıdır.
2. Saf silikondan imal edilmiş olmalıdır.
3. Malzeme radioopak olmalıdır.
4. Yumuşak ve esnek olmalıdır.
5. Atravmatik ve nontoksik olmalıdır.
6. Her bir steril pakette 2 x 45 cm uzunluğunda 1.5 mm veya 2.5 mm surgical loops olmalıdır.
7. Tekli steril ambalajda olmalıdır.
8. Malzemenin üzerinde sterilizasyon yöntemi, üretim ve son kullanma tarihleri belirtilmelidir.
9. Teslim edilecek malzemenin son kullanma tarihi malzemenin tesliminden itibaren en az 3 yıl matlı olmalıdır.
10. Teklif veren firma, teklif ettiği malzemelerin UTS belgelerini teklif ekinde sunmalıdır.

Prof.Dr. Ömer TETİK
Kalp Damar Cerrahisi ABD
Başkanı

