

KU.FR.05/Rev02/27.01.2023

REZERVUARLI OKSİJEN MASKESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Maske yumuşak, tahriş etmeyen non-toksik tıbbi PVC den üretilmiş olmalıdır.
- 2- Maske, burun ve yüz yapısına anatomik olarak uygun olmalıdır.
- 3- Yetişkin ve Pediatrik hastaların yüz yapılarına uygun olacak şekilde iki ebatla üretilmektedir.
- 4- Rahatsızlık veren koku içermemektedir.
- 5- Şeffaf olmalıdır.
- 6- Nazal bölgede uygun şekilde yerleştirmeyi sağlamak için klipsi bulunmaktadır.
- 7- Hastanın başına sabitlemek için lastiği olmalıdır.
- 8- Hastanın %100 oksijen soluyabilmesi için rezervuar/torba bulunmaktadır.
- 9- Standart bağlantı konektörü bulunmaktadır.
- 10- Maske üzerinde dışarıdan inhalasyonu önleyecek ve ekshalasyonu sağlayacak iki adet geri solumasız valf bulunmaktadır.
- 11- Yıldız boşluklu tüp hortum sayesinde hortumun kaza ile kırılmasında bile oksijen iletebilmektedir.
- 12- Maskeler tekli temiz poşet içinde olmalıdır.
- 13- Maskeler tek kullanımlık olmalıdır.
- 14- Ürünlerin UBB ve ÜTS kaydı olmalıdır.

2