

**STERNUM TELİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
(STAINLESS STEEL)**

1. Stainless steel str 316 L paslanmaz elikten retilmiř olmalıdır.
2. Teslim edilecek malzemenin ięne boy en az 50 mm olmalıdır.
3. Her bir steril pořette en az 2 adet veya zeri str bulunmalıdır.
4. İki adet tel olan rnlerde tel uzunluęu en az 75 cm olmalıdır.
5. Drt adet tel olan rnlerde tel uzunluęu en az 45 cm olmalıdır.
6. Doku reaksiyonu ve enfeksiyon minimum olmalı; tensil gc kalıcı, doku desteęi yksek olmalıdır.
7. İęnesi roto-grip olmalı, kendi etrafında 360 derece dnebilmelidir.
8. Strn sterilizasyon řekli i ve dıř ambalaj olmak zere iki ayrı veya tek ambalajdan oluřmalı,dıř ambalaj bir yz řeffaf dięer yz beyaz geirgen tabaka olmalıdır.
9. Strn ambalajı zerinde strn hammaddesi,ięne cinsi (taper,cutting vs.), boyu (mm) ve ięne resmi, kalınlık ls (UPS olarak), uzunluęu, sterilizasyon řekli, son kullanma tarihi bulunmalıdır.
10. Her bir kutu en az 12 a+det steril pořet iermelidir.
11. Etilen oksit veya GAMA ile steril edilmiř olmalıdır.
12. Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
13. Teslim edilecek malzemenin son kullanma tarihi ez 3±1 yıl miadlı olmalıdır.
14. Teklif edilecek rnlerin saęlık bakanlıęı onaylı UBB kaydı olmalıdır.
15. Teklif veren firma teklif ettięi rnle ilgili numuneyi istem yapan klinięe teslim ederek onay almalıdır.
16. Teklif veren firma,teklif ettięi malzemelerin UBB ve UTS belgelerini teklif ekinde sunmalıdır.

KV 1124


Prof. Dr. Onur TETİK
Kalp Damar Cerrahisi ABD
Bařkan