

NONSTERİL NİTRİL ELDİVEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün Latex içermeyen Nitril malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2. S,MveL beden ölçülerinde olacaktır.
3. Tek kullanımlık el bileğini kapatacak uzun manşetli olacaktır.
4. Ürün pudrasız olmalıdır.
5. Ürünün sıvı geçirgenliği olmamalıdır.
6. Eldivenler yapışık olamamalıdır.
7. Kolay giyilip çıkartılabilir olmalıdır.
8. 100 adet eldiven içeren ambalajlarda olmalıdır.
9. Ürün ambalajı dayanıklı kartondan yapılmış olmalı, kolayca görülüp açılabilen ve kullanılabilen açılış bölgesine sahip olmalıdır.
10. Sağ sol eşit sayıda eldiven bulunmalıdır
11. Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi, üretici firma adı, eldivenlerin özelliklerini belirten ibareler lot numarası, ambalajın içindeki eldiven boyutunu gösteren işaret ya da yazı yer almalıdır.
12. Üretim tarihinden itibaren raf ömrü en az 3 yıl olmalıdır.
13. Teklif veren firma denenmek üzere 1 kutu eldiveni hastane tıbbi sarf deposuna teslim etmelidir. Ürün denendikten sonra uygunluk verilecektir.
14. Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.
15. Numunelerden 3 çifti şahit numune olarak saklanacaktır.
16. Ürünün UBB ve UTS kaydı olmalıdır.

Bahar ERDELIKANLI
Sağlık Hiz. Müdürü