ULTRASON JELİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Jel Formoldehit veya herhangi bir toksik madde içermemelidir.
2. Jel hipoallerjik olmalıdır.
3. Renksiz, kokusuz ve şeffaf olmalıdır.
4. Jel su bazlı olmalıdır.
5. Aşırı akışkan olmamalıdır.
6. Çabuk kurumamalıdır.
7. Kolay temizlenebilir olmalıdır.
8. Çabuk kurumamalıdır.
9. Yeterli ve uygun kayganlığa, ses geçirgenliğine sahip olmalıdır.
10. Diagnostik özelliği bozacak, artefakt yaratacak maddeler içermemelidir.
11. Jel ultrason cihazlarının problarında kullanıma dair herhangi bir zarar oluşturmamalıdır.
12. Jel 1000 ml uygun ambalajda olacak şekilde paketlenmiş olmalıdır.
13. Jel geniş spektrumdaki tüm frekanslar için akustik olarak doğru sonuç vermelidir.
14. Jel bakteristatik ve de sensitiviteye yol açmayan bir formülden üretilmiş olmalıdır.
15. Teklif veren firma denenmek üzere orijinal (iki) adet numuneyi hastane tıbbi sarf deposuna teslim etmelidir. Ürün denendikten sonra onay verilecektir.
16. Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.
17. Numunelerden 1 tanesi şahit numune olarak saklanacaktır.
18. Ürünün UBB ve UTS kaydı olmalıdır.

Bahar ERDEMKAN
Sağlık Hiz. Müdürü

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

HASTA OPERASYON ÖNLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ
(KISA VE UZUN KOLLU)

1. Önlükler non-wonen kumaştan tek kullanımlık üretilmiş olmalıdır.
2. Kullanılan malzemenin ağırlığı 50 gr/m^2 (± 5gr/ m^2) olmalıdır.
3. Önlükler bakteri bariyerli, antimikrobiyal, antialerjik, anti statik özellikli olan iç göstermeyen malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
4. Önlük kumaşı cildin nefes almasını sağlamalı, ancak alkol, kan ve benzeri vücut sıvılarını emmeden ortamdan uzaklaştıracak ve alta geçişine izin vermeyecek nitelikte (fulid reperlent) olmalıdır.
5. Önlük sıfır yakalı arkadan ayarlanabilir cırtla kapatılabilmeli ve bel hizasından iki kuşakla açıklık kalmayacak şekilde bağlanabilmelidir.
6. Önlüğün boyun bölgesi biye ile çevrilmiş olmalıdır.
7. Kolları hareket etmeyi sağlayacak genişlik ve standart uzunlukta olmalıdır.
8. Uzun kollu önlüklerde kol ucu **manşetli** ya da **lastikli** olmalıdır.
9. Uzun kollu önlüklerin boyu en az 120 cm, kol boyu en az 60 cm olmalıdır.
10. Kısa kollu önlüklerin boyu en az 120 cm, kol boyu en az 30 cm olmalıdır.
11. Dikişleri sağlam yapıda olmalıdır.
12. Önlükler non-steril tekli jelatin poşet içinde tek tek paketlenmiş olmalıdır.
13. Paket üzerinde üretici firma bilgileri yazılı olmalıdır.
14. Paketler üzerinde beden etiketi olmalıdır.
15. İstenilen boyda ve bedende üretilmektedir.
16. Teklif veren firma denenmek üzere 5 (beş) adet numuneyi hastane tıbbi sarf deposuna teslim etmelidir. Ürün denendikten sonra uygunluk verilecektir.
17. Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.
18. Numunelerden 2 tanesi şahit numune olarak saklanacaktır.
19. Ürünün UBB ve UTS kaydı olmalıdır.

Bahar ERDELİKANLI
Sağlık Hizmetleri Müdürü

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.