

KILAVUZ TEL, 032"-038", HİDROFİLİK, 260-300 CM.

- 1- Kılavuz tel 0,035" kalınlığında olmalıdır.
- 2- Kılavuz telde 260-300 cm uzunluk seçenekleri olmalıdır.
- 3- Kılavuz telin uç ve dışarıda kalan görünür kısmı silikon, orta kısmı hidrofilik olmalıdır.
- 4- Kılavuz telde, çekirdek tel üzerine koil sarmalı yüklenmeden önce, penetrasyonu, torku ve desteği maksimum seviyede artırmak için ilk hareketin başladığı uç kısmına bir koil daha implant edilmiş olmalıdır.
- 5- Kılavuz telde, özellikle tortüyoüzlü anatomilerde atravmatik bir geçiş sağlamak ve yan dal lezyonlarında kolay giriş için tasarlanmış önceden şekillendirilmiş açılı, 1,5"J" ve 3"J" uç seçenekleri olmalıdır.
- 6- Kılavuz tel etilen oksit ile siteril edilmiş ve orijinal ambalajında olmalıdır.

KV1296

Kalp Damar Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr.Ömer TETİK