

İŞIK KORUMALI FİLTRELİ UZATMA SETİ – 0,2 Mikron BABY

1. Set 15 ± 1 cm uzunluğunda olmalıdır
2. Set üzerinde bir adet bakteri ve hava filtresi bulunmalıdır
3. Filtre 0,2 mikron olmalıdır
4. Setin katetere bağlanan ucunda ilk kullanımda çıkarılmak üzere kapak bulunmalıdır
5. Set ışıktan koruyucu özellikte olmalıdır
6. Set tekli steril paketler içerisinde olmalıdır

Ecz. Ömer FAZLİ ERDOĞAN
CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi