

TPN SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Set içerisinde

- 1 Adet SMS non-vowen (dikişsiz) kumaş (43gr/m2) cerrahi katlamaya uygun olarak üretilmiş ultrasonik dikişli önlük.
- 5 Adet 40x40 cm amerikan kumaş (60gr/m2) medikal havlu (Ekstra polyester iplerle güçlendirilmiş olmalıdır. Suyu emdikten sonra mukavemeti kaybetmeyecek ve kesinlikle partikül bırakmayan yapıda olmalıdır)
- 1 adet 50x60 cm (56gr/m2) LSP2 kumaş örtü (iki kat olacaktır. Alt kat 25gr/m2 PE film, Üst kat emici non-vowen - dikişsiz)
- 1 adet bone (En az 20gr/m2 kumaş)
- 1 Adet 3 katlı, telli cerrahi maske
- 1 Adet 53x50 cm SMS (35gr/m2) sterilizasyon bohçası bulunmalıdır.

2- Cerrahi önlük, maske, bone, medikal havlular ve örtü bohça ile sarılı olmalıdır.

3- Tek kullanımlık ve steril ambalajda olmalıdır. Ambalaj üzerinde steril olduğunu gösteren işaret bulunmalıdır.

4- Ambalajın üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi ve Lot numarası yer almalıdır.

5- CE belgesine sahip olmalıdır.

Ecz. Ömer Faruk ERDOĞAN
CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi