

PLASTİK ÖRNEK ALMA KABI (DIŐKI)

1. Plastik yapıda ve sızdırmaz olmalıdır.
2. En az 100 mililitre örnek taşımaya uygun hacimde olmalıdır.
3. Kabin üzerinde kalem ile yazmaya uygun rodajlı kısım bulunmalıdır.
4. Son kullanma tarihi kabın üzerinde yazılmış olmalıdır.
5. Kullanım süresi teslim tarihinde itibaren en az 1 yıl olmalıdır.

Prof. Dr. Hürü GAZI
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tescil No: 127809

Prof. Dr. Sinem AKCALI
Boğaziçi Üniversitesi
Tıbbi Mikrobiyoloji
Dip. Tes. No: 69173 Uzmanlık Tes. No: 65384