

1. Kılavuz Tel Koroner Diagnostik 0.038 inç Uzun 260 cm

Teflon kaplı flex uç 6cm, **j curve** 3mm olmalıdır. Paslanmaz çelikten yapılı ve politetraflor etilen (PTFE) kaplı fixed core özelliğe olmalıdır.

2. Kılavuz Tel Koroner Diagnostik 0.032 inç Uzun 260 cm

Teflon kaplı flex uç 6cm, **j curve** 3mm olmalıdır. Paslanmaz çelikten yapılı ve politetraflor etilen (PTFE) kaplı fixed core özelliğe olmalıdır.

Prof. Dr. Oğuz BAYKURAN
CBU KARDİYOLOJİ ADI
55635 / 94266