

MALZEME/HİZMET ALIM İSTEK FORMU

(..... Çocuk Yoğun Bakım)
* İstekle Birimden Birim İsmi Yazılacaktır

No	Malzemenin Adı	Miktarı	İstem Tarihi	Ölçü Birimi	İstegin yaklaşık kullanım süresi	İstek Nedeni	Depo Stok Durumu		(Varsa) En Son Alım				
							Var	Yok	Miktarı	Fiyatı	Tarih	SUT Kodu	SUT Fiyatı
1	Geçici Hemodiyaliz Kateteri Residüel 6SFr-75Fr-10cm	Sadet	11/02/25		4.. (ay)	Acil İhtiyaç			42653	41/02/2025			
2	Geçici Hemodiyaliz Kateteri Residüel 11Fr-8-20cm	Sadet	11/02/25		4.. (ay)	Acil İhtiyaç			43537	41/02/2025			
				 (ay)				/...../202..			
				 (ay)				/...../202..			
				 (ay)				/...../202..			
				 (ay)				/...../202..			
				 (ay)				/...../202..			
				 (ay)				/...../202..			
				 (ay)				/...../202..			

Doç. Dr. Neslihan ZENGİN
Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı
Ç. K. B. Y. No: 123088
* İstekle Birimden Birim İsmi Yazılacaktır

Onaylayan;
Prof. Dr. İsmet Topcu
Başhekim

PEDİYATRİK ÇİFT LÜMENLİ KALICI HEMODİYALİZ KATETERİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Kateter çift lümenli ,uzun süreli kullanıma uygun bakterilere bariyer teşkil edecek şekilde keçeli subclavian ve internal juguler girişime uygun olmalıdır.
2. Kateterin çift lümenli olması gerekmektedir.
- 3.Hem perkütan hem cerrahi yolla takılmaya uygun olmalıdır.
- 4.Kateterin cilde tespitini sağlayacak sutur delikleri olmalı 360 derece dönebilmelidir.
- 5.Her iki lümen üzerinde de klemp olmalıdır.
- 6.Kateterler 6,5-8,5- 9-10-11.5 F kalınlığı, 8-20 cm uzunluk aralığında olmalıdır.
- 7.Lümenlerin üzerinde kateter boyu,kalınlığı arter ve ven lümen içi volümünün kaç cc olduğu yazmalıdır.
- 8.Kateterler hasta damarlarına en az zarar vermeye tıkanmayı önleyici özel maddeden yapılmış olmalıdır.
- 9.Kateterler kitlerinin üzerinde üretim ve sterilizasyon tarihleri etiketle belirtilmiş olmalıdır.
- 10.Kateterler kit halinde bulunmalıdır ve kitlerde seldinger tekniği ile kullanılmak üzere giriş iğnesi ve enjektör ,tel guide ,dilatatör ve kateter kapakları bulunmalıdır.
- 11.Kateter vücuda girdiğinde ısı ile yumuşayan ve trombüs oluşumunu azaltan poliüratan veya silikondan üretilmiş olmalı.
- 12.Sterilizasyon geçerlilik süresi ambar teslim tarihinde itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
13. İhale öncesi veya ihale sırasında 3 (üç) adet numune getirilmelidir.
- 14.Şartnameye bire bir uygunluk yazılı olarak taahhüt edilmelidir.
- 15.SUT tavan fiyatları üzerinde verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır

11 fr - 8-20 cm
Sadet

Doç. Dr. Nestinan ZENGİN
Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı
Ç.Y.B. Tes. No.: 125068
Diploma Tes. No.: 114060

GEÇİCİ HEMODİYALİZ KATETERİ PEDIATRİK 6,5 FR 7,5-10 CM TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Hemodiyaliz tedavisi için kısa süreli damar yolu sağlamak amacıyla Subklavyan, jugüler veya femoral damarlarda kullanılabilir.
2. Luer konektörler ISO 594 standartlarına uyan polivinilclorid maddesinden yapılmış olmalıdır.
3. Isıya duyarlı DEHP içermeyen poliüretan malzemeden yapılmış olmalıdır.
4. Kateter boyutları ve prime hacmi heparinizasyonun tam olarak bilinmesi için klempelerin üzerinde belirtilmelidir.
5. Çift lümenli kateter üzerinde, arteriyel taraf için kırmızı renkli klemp, venöz taraf için mavi renkli klemp olmalıdır.
6. Kateter 2 lümenli ve 6,5 Fr kalınlığında olmalı, uzunluğu 75 mm ve 100 mm olmak üzere 2 farklı seçenek bulunmalıdır.
7. Klinik ihtiyaca göre istenilen uzunlukta istenilen adette teslimat yapılmalıdır.
8. Kateter yüksek derecede radyo-opak özellikte olmalıdır.
9. Kateter termo duyarlı materyale sahip olmalı ve biyo-uyumlu olmalıdır.
10. Sütür tespit kanatları döner olmalıdır, deriyle irritasyona sebebiyet vermemesi için minimum temasta olmalıdır, sütür açılmadan katetere pozisyon verilebilir.
11. Kateter etilen oksit ile steril edilmiş olmalı ve non-pirojenik temin edilmelidir.
12. Kateter set içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır.
 - 1 adet Kateter
 - 1 adet 6,5F için 7F x 150 mm Dilatatör
 - 1 adet 6.5F için 0.028" x 500 mm J uçlu kalibre edilmiş paslanmaz çelikten üretilmiş klavuz tel
 - 1 adet Introducer iğne 18G 7cm
 - 2 adet Enjeksiyon sızdırmazlık Kapağı
 - 1 adet yara pansuman malzemesi
13. Ürünün raf ömrü 5 yıl olmalıdır. Malzeme teslimi esnasında en az 36 ay (3 yıl) miadı bulunmalıdır.
14. Ürünün Sağlık Bakanlığı onaylı UBB ve ÜTS kaydı bulunmalıdır.

6,5Fr 10cm
5 adet

Doç. Dr. Neslihan ZENGİN
Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı
Ç.Y.B. Tes. No.: 125068
Diploma Tes. No.: 114060