

TEE KIT SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Ürün fiberoptik endoskop cihazını ve/veya transözefageal eko probunu koruma amaçlı olmalıdır.

2- Ürün lateks içermemelidir.

3- Paket içerisinde 10 ml enjektör, Jel, ısıрма parçası, kılıfı endoskopa ve/veya transözefageal Eko probuna sabitleme parçası ve transözefageal eko probu kılıfı olacaktır.

:1- Kılıf probun ultrasonik özelliklerini etkilemeyecek özellikte olmalıdır.

5- Bir adet numune ve katalog /broşür kontrol amaçlı verilmelidir. Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacaktır.

6- Tekli paketler halinde steril ve tek kullanımlık olmalıdır.

7-TEE prob kılıfı en az 70 cm olmalıdır.

S:- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi belirtilmelidir.

9-. CE belgesine sahip olacak, CE amblemini paket üzerinde taşıyacak, yerli üretimde TSE belgesine sahip olacak, firma UTS bilgilerini beyan edecektir.

Prof. Dr. Mustafa Özcan SOYLU
CBU Tıp Fakültesi
Karayolları A.D.
Dip. No: 2596-58974
Dip. No: 9385