

TEKNİK ŞARTNAME PNL ÖRTÜSÜ

Set içeriğinde;

2 Adet Havlu 40*40

2 Adet Korumalı Önlük XL

1 Adet Perkütan Örtüsü 150*300

2 Adet Op-Tape 10*50

1 Adet Alet Masa Örtüsü 150*200

1 Adet Kamera Kılıfı 13*240 bulunmalıdır.

Perkütan Örtüsünün üzerinde en az 20cmx25 cm ebatlarında insizyon alanı olup, bu alan insizyon drape ile kaplı olmalıdır.

Operasyon bölgesinde sıvıları toplamak amacı ile yeterli büyüklükte bir poş bulunmalı ve poş sıvıları tahliye etmek amacı ile bir tıpa bulunmalıdır.

Setler medikal amaçlı nonwoven kumaştan üretilmiş olup, tek kullanımlık steril özellikte olmalıdır.

Hasta örtülerinde üst katı emici alt katı sızdırmaz malzemeler kullanılmalı, ameliyat esnasında oluşacak kan, alkol veya bu özellikteki sıvıların tamamını absorbe edebilecek medikal nonwoven malzemeden üretilmiş olmalıdır.

Örtüler gerektiğinde steril olmayan bir kişinin rahatça serebilmesine olanak verecek şekilde katlanmış olmalıdır.

Set etiketi üzerinde üretim bilgisi, son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

Tüm set içeriği Alet Masa Örtüsüne bohçalanmalıdır.

MEDÜHATSA SULTAN HASTANESİ
Dr Öğretim Üyesi Ali Can ALBAZ
Dip. Tes. No 167347
Dam. Tes. No: 129663