Teknik Şartname Disposable 2 Parçalı Enjektör

1. Enlektör iki parçalı ve pistonu contasız olmalıdır.

2. Enjektör paketi içinde iğnesi, iğne kılıfı, ana gövde ve contasız pistonu olmalıdır.

3. Enjektör iğnesi pütürsüz olmalı, iğne ucu cilde rahatça girmeli, takılma olmamalıdır.

4. Enjektör pistonu ilacı geri sızdırmayı engelleyecek, gövde içinde rahat kayabilecek ve ana gövdeden kolay çıkmayacak nitelikte olmalıdır.

5. Enjektör içine çekilecek sıvılara dayanıklı olmalıdır.

6. Çok yavaş aspirasyona ve enjeksiyona uygun olmalı, enjeksiyon sonrası kalan hacim minimum olmalıdır.

7. Enjektör gövdesi transparan olmalı ve kullanım sırasındaki basınca dayanıklı olmalıdır.

8. Enjektörlerin üzerinde okunaklı birimlendirme işaretleri (çizgi) ve numaralandırma (hangi mm'ye denk geldiğini gösteren numaralar) olmalıdır. Asgari olarak her 0,5 ml'de bir birimlendirme işareti olmalıdır, her ml'de bir birimlendirme işareri ile birlikte numaralandırma da olmalıdır.

9. Enjektör iiğnesinin yerleştiği bağlantı yeri merkezden kaçık olmalıdır.

10. Bu teknik şartnameler 10 cc ve 20 cc enjektörler için geçerlidir.

MCBÜ
Hafsa Sultan Hastanesi
Dr. Öğr. Üyesi Kemal SARSMAZ
Kadın Hast. ve Perinatoloji Uzm.
Tes. No: 1[illegible]13 - 105834 - 145355