

## PLEVRAL SU ALTI DRENAJ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Malzeme, içinin görülebilmesi için şeffaf olmalıdır.
2. Su altı sistemi olup göğüs drenajlarında emniyetle kullanılmalıdır.
3. Kapasitesi 700cc  $\pm$  50cc olmalıdır.
4. Drenaj setinin rezervuarının üzerinde başlangıcı (0) noktasını gösterir, milimetrik ölçüm skalası olmalıdır.
5. Hortum uzunluğu 180  $\pm$ 10cm olmalıdır.
6. Gövde çıkışında kıvrılmayı önleyen spiral olmalıdır.
7. Drenaj seti orjinal fabrika çıkışlı steril paket içinde hazırlanmış olmalıdır.
8. Tekli steril ambalajda olmalıdır.
9. Ethilen oxide ile steril edilmiş olmalıdır. Steril olduğunu gösteren indikatör bulunmalıdır.
10. Malzemenin üzerinde ürüne ait bilgiler, sterilizasyon yöntemi, son kullanma tarihleri belirtilmelidir.
11. Teslim edilecek malzemenin son kullanma tarihi malzemenin tesliminden itibaren en az 3 $\pm$ 1 yıl miadlı olmalıdır.
12. Drenaj setinin tube'unun ucunda 3/8 x 3/8 konnektör olmalıdır.
13. Drenaj seti ve rezervuar yekpare-tek parça halinde imal edilmiş olmalı, rezervuarın üzerinde ilave kapak bulunmamalıdır.
14. Teklif veren firma teklif ettiği malzemeden bir (1) adet şahit numuneyi istem yapan kliniğe teslim etmelidir. Malzemenin incelenmesinden sonra karar verilecektir.
15. Teklif veren firma, teklif ettiği malzemelerin UTS belgelerini teklif ekinde sunmalıdır.

Prof.Dr. Ömer TETİK  
Kalp Damar Cerrahisi ABD  
Başkanı