

YETİŞKİN VE PEDIATRİK KRANIOTOM BIÇAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Hastanemiz ameliyathanesinde kullanılan Aygün marka SCOREN model yüksek devirli cerrahi motor sistemi M16-330 kraniotom ataçmanında kullanıma uygun olmalıdır.
- 2.Kraniotom bıçakları yetişkin ve pediatrik hastalarda kullanıma uygun olmalıdır.
- 3.Elceğe rahat takılabilmeli, guide içinde problemsiz kesim yapabilmelidir.
- 4.Paslanmaz çelik materyalden imal edilmiş olmalıdır.
- 5.Çok kullanımlık olmalı ve non-steril şekilde teslim edilmelidir.
6. UBB/ÜTS kaydı olmalıdır.

7.	<u>Aygün Ref. Kod</u>	<u>ADET</u>
	M14-344 (YETİŞKİN)	10 ADET
	M14-343 (PEDIATRİK)	10 ADET

CELAL BAYAR ÜNİV. HAST.
Beyin ve Sinir Cerrahisi A.D.
Prof. Dr. Mustafa KUTLUŞ
T.C. No. 14470000000000000000

İSTEKTE BULUNAN BİRİM :				İSTEK TARİHİ :		Depo Stok Durumu		(Varsa) En Son Alım				ONAY		
Beyin Cerrahisi A.D.				İSTEK SAYISI :										
Sır	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi	İstegen Yaklaşık kullanım süresi	İstek Nedeni	Var	Yok	Miktarı	Fiyatı	Tarih	SUT Kodu	SUT Fiyatı	UYG UND UR	UYG UN DEĞ
1	M14-344 (YETİŞKİN)	10	Adet	2(ay)	DEPODA YOKTUR					01/08/2015				
2	M14-343 (PEDIATRİK)	10	Adet	2(ay)	DEPODA YOKTUR					01/08/2015				
3														

Prof.Dr. Yusuf Kurtuluş Duransoy	Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
----------------------------------	---------------------------------

CELAL BAYRAKTAR
Beyin ve Sinir Cerrahisi A.B.D.
Prof. Dr. Yusuf Kurtuluş Duransoy
Dip. No. 5497 Dip. Tez. No. 43445 - 8933

Prof. Dr. İSMET TOPÇU
Başhekim