

## TEE KİT SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Ürün fiberoptik endoskopi cihazını ve/veya transözefageal eka probunu koruma amaçlı olmalıdır.
- 2- Ürün lateks içermemelidir.
- 3- Paket içerisinde 10 ml enjektör, jel ısırma parçası, kilifi endoskopa ve/veya transözefageal eka probuna sabitleme parçası ve transözefageal eka probu kilifi olacaktır.
- 4- Kilif probun ultrasonik özelliklerini etkilemeyecek özellikte olmalıdır.
- 5- Bir adet numune ve katalog /broşür kontrol amaçlı verilmelidir. Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacak.
- 6- Tekli paketler halinde steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
- 7- TEE prob kilifi en az 70 cm olmalıdır.
- 8- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi belirtmelidir.
- 9- CE belgesine sahip olacak. CE amblemini paket üzerinde taşıyacak, yerli üretimde TSE belgesine sahip olacak, firma UTS bilgilerini beyan edecektir.

Prof. Dr. Özgür BAYTÜRAN  
CBÜ KARDİYOLOJİ AD  
56635 / 94256