

ENDOSKOPİK KAMERA KILIFI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kılıf su geçirmez ve şeffaf olmalıdır
2. Nonsteril kısmı kartondan mamul olmalıdır.
3. Endoskobu saran kısmın üzerinde yapışkan şerit bulunmalıdır.
4. Yapışkan şerit endoskobu iyi sarmalı ve sterilizasyonu tehlikeye sokmamalıdır.
5. Steril tek kullanımlık olmalıdır.
6. Poşet şeffaf olmalıdır.
7. Poşetin üzerinde imal tarihi ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
8. Son kullanma tarihi en az 5 yıl olmalıdır.
9. Kılıf yapışıklık içermemeli ve delik olmamalıdır.
10. Teslim edilecek ürünlerden en az altı adet numune ameliyathane sorumlu hemşiresine teslim edilecek. Bu ürünler cerrahi ekipler tarafından denendikten sonra verilecek teknik raporla bildirilecektir.

Yrd. Doç. Dr. Arzu Kefi
CBÜTF. Anest. ve Rean. AD
Diy. No: 95/02 - Tescil No: 100065