

+

HİDROFOBİK MONOBLOK ASİFERİK PRE-LOADED GÖZİÇİ LENS

1. Monoblok (tek parçadan mamül) akrilat metakrilat'tan üretilmiş olmalı, haptikler yapıştırma olmamalıdır.
2. Asiferik optik yapısına ve sarı filtre özelliğine sahip olmalıdır. Bu vazgeçilmez bir özelliktir.
3. Tamamen hidrofobik yapıda optiğe sahip olmalı. Kaplama olmamalıdır. (sıvı ile doldurulmuş flakonlar içinde olmamalıdır.)
4. Lenslerin su içeriği % 1 'ten fazla olmamalıdır.
5. Refraktif indeksi 1.47-1.55 olmalıdır.
6. 6.0 mm optik çapında olmalıdır.
7. Toplam lens uzunluğu 13.0 mm olmalıdır.
8. UV koruyucu olmalıdır.
9. Optik haptik düzlemi arasında aç olmamalıdır.
10. Ön kamara derinliği 5,3 -5.5 mm arası olmalıdır
11. A sabiti 118,7-118.9 arası olmalıdır.
12. EQ ile steril edilmiş olmalıdır.
13. Lens 400-550 nanometre arasında zararlı mavi ışığı filtre eden 0.04% sarı polimerizeilave(n-2-13-(2-metilfenilazo)-4-hidroksifenil etilmetakrilamide, al-8739 boya maddesi lens materyalinin içeriğinde olmalıdır. Bu vazgeçilmez bir özelliktir.
14. Haptikler modifiye L veya C olmalıdır
15. Lenslerin miatları teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miatlı olmalıdır.
16. Teklif edilen lenslerin bütün dioptriler en fazla 2.2 mm kesiden implant edilebilmelidir.
17. Lensler +6.0 ile +27.0 ve 0.5 dioptiri aralığında Pre-loaded enjektör sistemine türkiye pazarında stoklu olmalıdır.
18. Ürün kutusunun haricinde, Pre-loaded enjektörün üzerinde lensin dioptrisi, üretim ve son kullanma tarihi, seri numarası, QR kodu, optik ve haptik ölçüleri yazılı olmalıdır.
19. Pre-loaded enjektör sisteminden 2 adet kilit mekanizması olmalıdır.
20. Teklif veren firmalar lenslerin değişimi 24 saat içinde yapacağına dair taahhünameyi teklifleri ile birlikte vermeildir.
21. Teklif veren firmalar teklifleri ile birlikte 1 adet numune vermelidir. Numuneler denendikten sonra karar verilecektir.
22. Teklif veren firmalar şartnameye madde madde cevap belgesini ihale dosyasında sunacaklardır.
23. İstenilen lens numaraları ve adetleri aşağıda belirtilmiştir.

Lens Diyoptrisi	İstenilen Adet
15.00	10 adet
15.50	10 adet
16.00	10 adet
16.50	10 adet
17.00	10 adet
17.50	10 adet
18.00	50 adet
18.50	100 adet
19.00	190 adet
19.50	190 adet

Op.Dr. Mustafa ERDOĞAN
M.C.BÜ. Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No: 130161

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTAR I	ÖLÇÜ BİRİMİ	SUT KODU	MAL ID
1	HİDROFOBİK MONOBLOK ASFERİK PRELOADED GÖZİÇİ LENS	2000	ADET	-	GZ1016

Dr. Mustafa ERDOĞAN
Op.Dr. Mustafa ERDOĞAN
M.C. BÜ. Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.D.
Göz Hastalıkları
Göz Tes. No: 130161