


## TEKNİK ŞARTNAME


### EEG ELEKTRODU ŞARTNAMESİ

Gold-cup EEG elektrodu farklı renklerde 12'li paketlerde olmalı. EEG elektrod uzunlukları 78in/200 cm olmalı. 10 mm Gold-cup olmalı. Latex içermemelidir

  
Prof. Dr. Muzaffer POLAT  
Çocuk Sağlığı ve Hast. Uzmanı  
Pediyatrik Nöroloji  
Dip. No: 221 Dip. Tes. No: 36684-51155

### EEG PASTASI ŞARTNAMESİ

EEG pastası disk tipi EEG elektrodlarıyla kullanılabilir olmalıdır. Suda eriyebilen ve yapışkan özellikte olmalıdır. Polyexethylene 20 Cetyl Ether ve yüksek elektrik iletkenliğine sahip olması için kalsiyum karbonat ve potasyum klorid içermelidir. Net 400 gramlık ambalajlar halinde bulunmalıdır

  
Prof. Dr. Muzaffer POLAT  
Çocuk Sağlığı ve Hast. Uzmanı  
Pediyatrik Nöroloji  
Dip. No: 221 Dip. Tes. No: 36684-51155

Doç. Dr. Muzaffer POLAT