

## CEPLİ GÖZ CERRAHİSİ ÖRTÜSÜ (DRAPE) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Steril şartlarda göz cerrahisi kullanımı için üretilmiş olmalıdır.
2. Steril olarak paketlenmiş olmalıdır.
3. Tek kullanım için üretilmiş olmalıdır.
4. Göz çevresini korumak için saydam cilde yapışan kısmı örtüyle bütünleşik olmalıdır.
5. Saydam örtünün yanında sıvı toplanması için örtüye yapışık cebi bulunmalıdır.
6. Cebin yönünün ok ile belirtilmesi tercih nedenidir.
7. Örtü en az 100x130 cm boyutlarında olmalıdır.
8. Drape cerrahi esnasında su ile temas edince yapışkan kısmı kalkmamalıdır. Malzemede yapışmama, zede ve benzeri teknik hata bulunması halinde değiştirme garantisi verilmelidir.
9. TİTUBB onaylı olmalıdır.
10. İhale sırasında numune getirilmesi gerekmektedir.
11. Sağlık Bakanlığı UBB VE ÜTS'de kayıtlı olmalıdır.

  
Ferya Karadağ YALÇIN  
Sağlık Hizmetleri Müdürü

## MEZOTERAPİ İĞNESİ ŞARTNAMESİ

- 1) Mezoterapi iğnesi 30g 0,3 x 13mm enjektör tipi olmalı
- 2) Açılmamış Durum Sıfır Boyut 2 cc altı olmalı.
- 3) BD Microlance 3 Mezoterapi iğnesi 30G 0,3mmx13mm olmalı.
- 4) Steril ambalajında 100 adet iğne olmalı.
- 5) Ölçüleri: 30G(iğne kalınlığı)X13MM(iğne uzunluğu) olmalı.
- 6) Mezoterapi ve karboksiterapide kullanıma uygun olmalı.
- 7) Ürün tek tek steril ambalajında olmalı.
- 8) Mikro enjeksiyon için keskin ve ince bir ucu olmalı.
- 9) İnce iğne ucuna rağmen yüksek akışkanlık sağlamalı, iğne kalınlığı 30g olmalı.
- 10) CE belgeli olmalı.
- 11) Değerlendirme için Numune getirilmeli.

  
Ferya Karadağ YALÇIN  
Sağlık Hizmetleri Müdürü