PLEVRAL SU ALTI DRENAJ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Malzeme, içinin görülebilmesi için şeffaf olmalıdır.
2. Su altı sistemi olup göğüs drenajlarında emniyetle kullanılmalıdır.
3. Kapasitesi 700cc ± 20cc olmalıdır.
4. Drenaj setinin rezervuarının üzerinde başlangıcı (0) noktasını gösterir, milimetrik ölçüm scalası olmalıdır.
5. Hortum uzunluğu 180 ±10cm olmalıdır.
6. Gövde çıkışında kıvrılmayı önleyen spiral olmalıdır.
7. Drenaj seti orjinal fabrika çıkışlı steril paket içinde hazırlanmış olmalıdır.
8. Tekli steril ambalajda olmalıdır.
9. Ethilen oxide ile steril edilmiş olmalıdır.Steril olduğunu gösteren indikatör bulunmalıdır.
10. Malzemenin üzerinde ürüne ait bilgiler,sterilizasyon yöntemi, son kullanma tarihleri belirtilmelidir.
11. Teslim edilecek malzemenin son kullanma tarihi malzemenin tesliminden itibaren en az 3±1 yıl miadlı olmalıdır.
12. Drenaj setinin tube'unun ucunda 3/8 x 3/8 konnektör olmalıdır.
13. Drenaj seti ve rezervuar yekpare-tek parça halinde imal edilmiş olmalı, rezervuarın üzerinde ilave kapak bulunmamalıdır.
14. Teklif veren firma teklif ettiği malzemeden bir (1) adet şahit numuneyi istem yapan kliniğe teslim etmelidir.Malzemenin incelenmesinden sonra karar verilecektir.
15. Teklif veren firma,teklif ettiği malzemelerin UTS belgelerini teklif ekinde sunmalıdır.

Çocuk Kalp Damar Cerrahisi
Dr. Öğr. Üyesi
Serkan SEÇİCİ

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

LİGA CLİPS KARTUŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Titanyumdan imal edilmiş olacak.
2. Klipsler Medium ve Large olmalıdır.
3. Klips, aplikatör kıskaçlarının arasına güvenli ve doğru olarak oturmalı ve her seferinde klips tam olarak kapanmalıdır.
4. Klips, tasarımı ile çok üstün kapanma gücü sağlamalı, tekrar açılmamalıdır. Klips dişleri, damarları güvenle kavramalı, uygulandığı noktadan kaymamalıdır.
5. Aplikatör kıskaçları çok az hizasından kaçmış bile olsa klipsler damarları makas gibi kesmemelidir.
6. En az 6'lık veya 10 'luk kartuşlardan oluşmalıdır.
7. Klipsler kartuşlar içerisinde steril olarak kullanıma hazır olmalıdır.
8. Klipsler büyük bir güç gerektirmeden kartuştan aplikatöre kolayca yerleştirilmelidir
9. Steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
10. Tekli steril ambalajda olmalıdır.
11. Üzerinde sterilizasyon yöntemi, son kullanma tarihi belirtilmelidir.
12. Teslim edilecek malzemenin son kullanma tarihi ez 3±1 yıl miadlı olmalıdır.
13. Medium klips için 18 cm ve/veya 20 cm boyutunda 2 adet ligaclip aplikatörü (açısız olacak) istem yapan kliniğe firma tarafından verilecektir.
14. Large klips için 20 cm ve/veya 24 cm boyutunda 1 adet ligaclip aplikatörü (açısız olacak) istem yapan kliniğe firma tarafından verilecektir.
15. Aplikatörün kavrayıcılığı ve taşıyıcılığı yüksek olmalıdır.
16. Bozulan aplikatörler ücretsiz olarak yenilenmelidir.
17. Teklif edilecek ürünlerin sağlık bakanlığı onaylı UBB kaydı olmalıdır.
18. Teklif veren firma teklif ettiği ürünle ilgili numuneyi istem yapan kliniğe teslim ederek onay almalıdır.
19. Teklif veren firma,teklif ettiği malzemelerin UTS belgelerini teklif ekinde sunmalıdır.

KV 1375

Çocuk Kalp Damar Cerrahisi
Dr. Öğr. Üyesi
Serkan SEÇİCİ

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.