

TEK KULLANIMLIK LASTİKLİ MUAYENE/SEDYE ÖRTÜSÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün tek kullanımlık olmalıdır.
2. Nonwoven SMS kumaştan 35 gr m² ağırlığında olmalıdır.
3. Muayene masa örtüsünün etrafı 1cm eninde lastikle çevrelenmiş olmalıdır.
4. Muayene masa örtüsü ebatları 90*220 cm olmalıdır.
5. Sıvı itici özellikte olmalıdır.
6. Rengi beyaz olmalıdır.
7. Teklif veren firma denemek üzere 5 (beş) adet numuneyi hastane tıbbi sarf deposuna teslim etmelidir.
8. Numunelere, hastanemizde kullanılan muayene masası ve sedyelerde denendikten sonra onay verilecektir.
9. 2 tanesi şahit numune olarak değerlendirilecek.
10. Ürünün mutlaka UBB - UTS kaydı olmalıdır.

Bahar ERDEKİKANLI
Sağlık Hizmetleri Müdürü