Akıllı Dren Teknik Şartnamesi

1. Cerrahi operasyondan sonra, kapalı vücut boşluklarına birikebilecek kan, iltihap, vb. sıvıları boşaltmak tasarlanmış ve medikal malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2. Akıllı Dren'in silikondan yapılmış farklı tipleri olmalıdır.
3. Ürün 28 F olmalıdır.
4. Dren daha iyi vakum yapabilmesi için oluklu olmalıdır.
5. En az 4 oluk olmalıdır.
6. Trokarlı ve/veya trokarsız seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır.
7. Daha iyi drenaj sağlayabilmek için çapı 6,00-9,30 mm olmalıdır.
8. Dren tamamen radyoopak olmalıdır.
9. X-ray çizgisi olmalıdır.
10. UBB kayıtlı olmalıdır.
11. CE belgesine sahip olmalıdır.
12. Ürünün uzunluğu en az 80 cm olmadır.
13. Şeffaf olmalıdır.
14. Her ürün tek tek steril ambalajlanmış ve ambalaj üzerinde ürün bilgileri, lot numarası, üretim ve son kullanma tarihi açıkça belirtilmiş olmalıdır.
15. Sterilizasyon yöntemi açıkça belirtilmiş olmalıdır.
16. Ambalajın içinde çift yönlü çam uç konnektör bulunmalıdır.
17. Dren tespitinde referans yer belirleyebilmek için ürün üzerinde belirleyici siyah nokta bulunmalıdır.

Prof. Dr. Ömer TETİK
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı
Diploma Tescil No: 54017

Yassı Dren Teknik Şartnamesi

1. Cerrahi operasyondan sonra, kapalı vücut boşluklarına birikebilecek kan, iltihap, vb. sıvıları boşaltmak tasarlanmış ve medikal malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2. Drenlerin silikondan yapılmış farklı tipleri olmalıdır.
3. Drenlerin farklı boy ve seçenekleri olmalıdır.
4. Dren 4x10mm olmalıdır.
5. Silikon tipli drenler, daha iyi vakum yapabilmesi için oluklu, yassı yapıda olmalıdır.
6. Cerrahi işlem sonrası drenin tıkanmaması için oluklar drenin dış yüzeyinde olmadır.
7. Trokarsız olmalıdır.
8. Yassı oluklu özellikte olmalıdır.
9. Daha iyi drenaj sağlayabilmek için iç çap 3,70mm dış çap 6,00mm olmalıdır.
10. X-ray çizgisi olmalıdır.
11. UBB kayıtlı olmalıdır.
12. CE belgesine sahip olmalıdır.
13. Ürünün uzunluğu en az 100cm olmalıdır.
14. Her ürün tek tek steril ambalajlanmış ve ambalaj üzerinde ürün bilgileri, lot numarası, üretim ve son kullanma tarihi açıkça belirtilmiş olmalıdır.
15. Sterilizasyon yöntemi açıkça belirtilmiş olmalıdır.
16. Ambalajın içinde çift yönlü konnektör bulunmalıdır.
17. Dren tespitinde referans yer belirleyebilmek için ürün üzerinde belirleyici siyah nokta bulunmalıdır.

Prof. Dr. Ömer TETİK
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı
Diploma Tescil No: 54017