

İğne Ucu Teknik Şartnamesi

- 1- İğne ucu G.23-3 0.6x80 mm (mavi) boyutunda olmalıdır
- 2- İğne ucu 0.40x40 mm 27 GX1 ½ boyutunda olmalıdır.
- 3- İnfüzyon amaçlı kullanıma uygun olmalıdır.
- 4- Hipodermik iğne ucu olmalıdır.

Prof. Dr. Özgür AKGÜL
FTR AD ve Romatoloji Uzmanı
Dip. Teş. No: 88579
Romatoloji Uzmanı (Teş. No: 105009)
CBU Tıp Fak. FTR AD. / Romatoloji BD.