

DISPOSABLE 15 MM TORASİK TROKAR

1. Tamamı disposable olmalıdır.
2. Torakoskopik ameliyatlara kullanıma uygun olmalıdır.
3. Trokar sistemi, obtüratör ve kanülden oluşmalıdır.
4. Kanülün uzunluğu 60 mm olmalıdır
5. Obtüratörü künt uçlu olmalıdır.
6. Kanülün göğüs duvarına sabitlenebilmesi için vida sistemi olmalıdır.
7. Kanülün materyali yalıtkan plastik olmalıdır.
8. Thoracoport kanülü ile çapı 16,5 mm 'ye kadar olan el aletler ile kullanıma uygun olmalıdır.
9. Kanül üzerinde silikon membran sistemi bulunmalıdır.
10. Steril paketli malzeme en az 3 yıl miyadlı olmalıdır.

CELAL PAZARCI
Doktora Tıp Fakültesi
Dip. No: 79543
Dip. No: 79543

DISPOSABLE 11.5 MM TORASİK TROKAR

- [illegible]