


BUHAR OTOKLAV BANDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bantın ebatları 19mmx55m olmalıdır.
2. Band buhar otoklavı için kullanılmalıdır.
3. Bandın üzerinde 3cm. aralıklarla proses indikatör bulunmalıdır.
4. Bant yapıştığı materyal üzerinden çıkartılırken partakül bırakmamalıdır.
5. Teslim edilecek ürünlerden en az bir orijinal paket numune ameliyathane sorumlu hemşiresine teslim edilecek.Sonuç .bu ürünler ameliyathane sterilizasyon bölümün tarafından denendikten sonraverilecek teknik raporla bildirilecektir.


Doç. Dr. Arzu KEFİ
T.C. Sağlık Bakanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Dip. No: 9545 - Tescil No: 100366