


## 0.035" FİBER KOİL

- 1) Üzerleri sentetik elyaftan(fibred) yapılmış tüylerle kaplıdır. Bu tüyler embolize edilmek istenen yerin süratli trombozunu sağlar.
- 2) Bu coillar paketlerinde introducera yüklü şekilde çıkarlar ve itme teli sayesinde diagnostik katetere yüklenirler.
- 3) 0.035 Fiber Koiller, tekli paketler halinde sunulmalıdır.
- 4) 0.035 Fiber Koiller'in ölçüleri: 3X20, 3X40, 4X30, 5X30, 5X50, 6X40, 7X40, 9X60mm olmalıdır.
- 5) 0.035" Fiber Koiller, disposable ve kullanıma hazır steril ambalajında sunulmalıdır.
- 6) Ürün "Ürün Takip Sistemi" (ÜTS)' ne kayıtlı olmalıdır.
- 7) Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
- 8) Getirilen malzemelerin ulusal bilgi bankası kod numarası ve barkod numarası bulunması, malzeme takiplerinin yapılabilmesi amacıyla malzemelerde ayrı bir lot numarası olması zorunludur.

  
DR. ÜYESİ FATİH DÜZGÜN  
C.B. Ü. Radyoloji A. D.  
Dip. No: 10884  
Uzm. Tescil No:119584