



MALZEME/HİZMET ALIMI İSTEK FORMU

(.....KARDİYOLOJİ ANJİYO LAB.....)

* İsteğe Bütçenin Pürün Fiyatı Yüzde Dairesi



)

S.N.	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi	İsteğin yaklaşıklık kullanım süresi	İstek Nedeni	Depo Stok Durumu	(Varsa) En Son Alım	
							Yıl	Miktarı
1	CS CORONER SINÜS KATETERİ	1	ADET(ay)	ARZI UYSAL isimli hastada kullanılmak üzere	 / 201.. / 201..
2	GUIDING LONG SHEAT	2	ADET(ay)	ARZI UYSAL isimli hastada kullanılmak üzere	 / 201.. / 201..
3	TRANSSEPTAL İĞNE	2	ADET(ay)	ARZI UYSAL isimli hastada kullanılmak üzere	 / 201.. / 201..

Prof. Dr. SÜLEYMAN FAZLA ÖZCAN SOYLU
PROF.DR.SÜLEYMAN FAZLA ÖZCAN SOYLU
BÜYÜKUSTAŞ HASTANESİ
Tef: 0362 383 5333
Dip: 0362 383 5334
SOYLU

**KORONER SİNÜS KATETERİ
(KR1055)**

1. Kateter 10 elektrodludur.
 2. Deflectable unl-directional kateterler, Itme-çekme mekanizması sayesinde kolayca bükülebilir.
 3. Elektrodlar Platinum/Iridium karışımı olup, düzümlü 2-8-2 şeklindedir.
 4. 6F kalınlığındadır ve iki farklı curve seçeneği bulunmaktadır (D ve F).
 5. Polüuretan maddesinden yapılmıştır ve örgülü kateterin uzunluğu 115cm'dir.
 6. Girintili elektrod yapısı dokuya temasını ve sinyal kalitesini arttırmır.
 7. Kateterin tip elektrodu 2mm'dir.
 8. Katterin şaftında yer alan sıkıştırılmış yaylar sayesinde kateter, defleksiyon esnasında dalgalanma yapmaz.
 9. Kateter, uygun kablo kullanıldığından Carto 3 sistemi tarafından otomatik olarak algılanır.
 10. Kateterin şaftının iç kısmı sürekli bir performans sağlanması ve CS'ye rahat erişim olması için çift sarmallı paslanmaz çelik örgülü, uç kısmı ise daha stabil olması ve doku temasını artırmak için tek sarmallı paslanmaz çelik örgülü yapıdadır.

Prof. Dr. Mustafa DÜZENLİ SOYLU
CBÜ Tıbbı Fakültesi
Fak. No: 115-168374
Dip Tes. Dip No: 9385

GUIDING LONG SHEATH TEKNİK ÖZELLİKLERİ (KR1051)

1. Sheath iç çapı 8F'tir ve pürüzsüz kateter geçimi için naylondan yapılmıştır.
 2. Sheath uzunluğu 62 cm'dir.
 3. İnceltilmiş yumuşak uç yapısıyla sheath ve dilatör arasında pürüzsüz bir geçiş sağlar.
 4. Sheath ucunda özel curve seçenekleri (multipurpose) bulunmaktadır.
 5. Multi-segment yapısıyla sheath ucuna doğru dereceli esneklik sağlar.
 6. Radyopak BRITE Tip teknolojisi ile floro altında gerçek uç görünümü sağlar.
 7. 0.032" guidewire geçisi için uygundur.

Prof. Dr. Mustafa GÜLZÜ
Dr. Tuncay Duman
Dr. M. Nuri Çelik
Dr. İsmail Küçük

**Transseptal İğne Teknik Özellikleri
(KR1052)**

1. Transeptal girişimlerde (perkütan mitral valvuloplasti, hemodinamik ve elektrofizyolojik çalışmalar vs.) sol atriuma septumu delerek geçiş (septostomi) mümkün kılar. Böylece tanışal ve/veya tedaviye yönelik işlemlerin yapılmasına olanak sağlar.
2. İğne 71 cm uzunluktadır, 50 derece uç açısına sahiptir ve 18 gauge çapındadır.
3. İğnenin tutamağı hava kabarcıklarının görülebilme olanağını sağlayacak şekilde saydamdır.
4. Her bir iğne üzerinde kıvrık ucun yönünü gösteren gösterge (pointer) vardır.
5. Her bir set bir adet iğne ve bir adet paslanmaz çelikten yapılmış stylet'tan oluşur.

Prof. Dr. Mustafa
Cerrahpaşa
Özcan SOYLU
Dr. Tugay YILMAZ
Dip. No: 0335-58974