

MALZEME/HİZMET ALIM İSTEK FORMU

(KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI)

S N .	Malzemenin Adı	Mikt arı	Ölçü Biri mi	İsteğin yaklaş ık kullanı m süresi	İstek Nedeni	Depo Stok Duru mu		(Varsa) En Son Alım				
						Var	Yok	Miktarı	Fiyatı	Tarih	SUT Kod u	Malay dı
1	TEVAR PAKET	1	Adet	(ay)	İhtiyaç nedeniyle				 / / 2022	KV 4001	37,537,50TL
								 / / 2022			
								 / / 2022			
								 / / 2022			
								 / / 2022			
Prof.Dr. Mustafa CERRAHOĞLU Kalp Damar Cerrahisi ABD Başkanı						Prof.Dr.İsmet TOPÇU Başhekim						

KONTROLLÜ AÇILABİLİR TORASİK STENT GREFT 15CM

- Stent materyali nitinol, greft materyali poliester olmalıdır.
- Stent kendiliğinden genişleyebilir (self-expandable) olmalıdır.
- Torasik greftlerde 22mm'den 46mm'e kadar değişen proximal çap ölçüleri bulunmalıdır.
- Dar, açılı ve kalsifik lezyonlardan geçişi kolaylaştırmak için taşıyıcı sistem hidrofilik kaplı olmalıdır.
- Taşıyıcı sistemin fleksibilitesini arttırmak için balon sistemden ayrı olmalıdır.
- Stent greftin pozisyonunu ayarlamak, tam ve doğru yerleşim yapmak amaçlı çıplak metal kısmı istenildiğinde açmak üzere ayrı bir mekanizması olmalıdır.
- Taşıyıcı sistem kalınlığı 25F'den fazla olmamalıdır.
- Greftler supra-subclavian fiksasyona uygun olmalıdır.
- Paketinde, dış ortam ile istenmeyen irtibata neden olacak ve sterilitiyi bozacak delik ve/veya yırtık bulunmamalıdır.
- Paket üzerinde sterilizasyon ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
- Tedarikçi firma ürün tesliminden sonra gerektiği takdirde teslim edilmiş malzemeyi değişik ölçülerdeki malzemelerle en kısa sürede (3 gün içerisinde) değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
- Son kullanma tarihi teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır.
- Uluslararası kabul görmüş kalite standartlarının en az birine sahip olmalıdır (ISO, FDA,CE).
- KV1190

Prof.Dr. Mustafa CERRAHOĞLU
Kalp Damar Cerrahisi ABD
Başkanı