


DİSPOSABLE OTOMATİK İRRGASYONLU YAPIŞMAYAN SİLVER PENSET ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilecek bipolar penset hem açık cerrahide kullanıma hem de laparoskopik kullanım için uygun seçenekleri bulunmalı bu seçenekler numune ile ispatlanmalıdır.
2. Teklif edilecek bipolar penset ergonomik dizayna sahip olmalı ve kontrolü dengeli ve konforlu olmalıdır.
3. Teklif edilecek bipolar penset dokuda optimum tahrif gerçekleştirmelidir. Bu durum numune ile değerlendirilecektir
4. Teklif edilecek bipolar penset Boy, Model ve tip ölçüleri açısından zengin seçeneklere sahip olmalıdır .
5. Teklif edilecek bipolar penset uçları kullanım alanlarına göre düz, bayonet, uçtan açılı irrigasyonlu, modellerini ürün yelpazesinde bulundurmaktadır.
6. Teklif edilecek bipolar penset modelleri içinde değişik boy ve ebatlarda uç özelliği taşınmalı ve bu özellik numune ile ispatlanmalıdır.
7. Bipolar pensetler kendiliğinden kablolu olmalı bu kablo sökölüp takılabilen özellikte olmamalıdır.
8. Teklif edilecek bipolar penset uçları kesinlikle yapışmaz özellikte olmalıdır.
9. Teklif edilecek bipolar penset birçok bipolar cihaz ile birlikte çalışabilir özellikte olmalıdır.
10. Teklif edilecek bipolar pensetin uç tipleri gümüş alaşım ve sağlam olmalıdır.
11. Teklif edilecek bipolar penset tipleri ısıyı iyi iletmelidir.
12. Teklif edilecek bipolar penset gövdesi paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
13. Teklif edilecek bipolar penset kendiliğinden irrigasyonlu olmalı her penset ile beraber entegre irrigasyon hortumu bulunmalı, irrigasyon için cihazda pompaya ihtiyaç duyulmamalı ve her iki uç temas halinde irrigasyon devreye otomatik olarak girmeli ve cerrahi buyunca sızdırma yada tıkanıklıktan kaynaklı v.b problem yaşatmayacak yapıda dayanıklı olmalıdır.
14. Numuneler talep eden klinikte denendikten sonra nihai karar verilecektir.
15. Aşağıda listelenen ebatların tamamı aynı firma üretiminde bulunmalı ve bu ebatlar orijinal kataloglar ile ispatlanmalıdır. Alınacak olan Bipolar Pensetler aşağıdaki listeden seçilmelidir.
16. Laparoskopik bipolar pensetin farklı uç yapıları (Fenestrated Forceps - Corved Maryland Dissector - Corved Dissector) olmalıdır.
17. Teklif edilecek otomatik irrigasyonlu bipolar penset bayonet ve düz olmak üzere iki tipi olmalı boyut ve özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.
 - 110mm boy 0,4mm uç
 - 125mm boy 0,7mm uç
 - 140mm boy 0,7mm uç
 - 160mm boy 0,4mm uç
 - 180mm boy 0,7mm uç
 - 210mm boy 0,4mm uç
 - 210mm boy 0,7mm uç
 - 210mm boy 0,4mm uç
 - 210mm boy 0,7mm uç
 - 210mm boy 0,7mm uç
 - 230mm boy 0,4mm uç
 - 230mm boy 0,7mm uç
 - 240mm boy 0,4mm uç
 - 240mm boy 0,7mm uç
 - 240mm boy 1,2mm uç

Prof. Dr. Yamaç ERHAN
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi A.D.
Dip. No: 476

TANIM	UBB KODU	ADET	KULLANIM SÜRESİ
1 DISPOSABLE OTOMATİK İRRGASYONLU YAPIŞMAYAN SILVER PENSET ŞARTNAMESİ	6920907004199	10	6 AY


Prof. Dr. Yavuz ERHAN
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi A.D.
Dip. No: 476