

## PERFÜZÖR SETİ (ŞEFFAF LİNE) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Set, 1,45 x 2,45 – 1,5 x 2,7 mm çapları arasında olmalıdır ve 150 cm'den kısa olmamalıdır.
- 2- Set, silikon, polipropilen ve DEHP içermeyen PVC olmalıdır.
- 3- Set, latex içermemelidir.
- 4- Line kıvrılmalara ve bükülmelere karşı sert yapıda olup 800PSİ basınca dayanıklı olmalıdır.
- 5- Set, kullanım sırasında sızdırmaya yol açmayacak ve en güvenli uygulamaya uygun şekilde imal edilmiş olmalıdır.
- 6- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgileri belirtilmelidir.
- 7- Teklif edilen malzeme Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı ve onaylı olmalıdır. Kayıtlı olduğunu gösterir ürün barkod numarası teklifle beraber sunulmalıdır.
- 8- Teklif edilen malzeme Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine (93/42/EEC) göre CE belgesi olmalıdır.
- 9- Hastanede kullanılmak üzere 210 adet teknik şartnamede belirtilen maddelere uygun perfüzör cihazı teslim edilecektir

  
**Belgin ÖZTEKİN**  
Sağlık Hiz. Müd. Yrd