

2 - ALTIN KAPLAMA EEG ELEKTRODU ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilen elektrodlar EEG ünitemizde kullanılan mevcut marka EEG cihazına uyumlu olmalıdır.
2. Elektrodlar cihazın giriş kutusuna uygun dın type konnektörlü (cihaza uyumluluk, çekim sırasında artefak oluşturmaması için) orijinal firma üretimi olacaktır.
3. EEG elektrodlar altın kaplama olmalıdır.
4. Altın ucun üzeri siyah plastikle kaplı olmalıdır. Böylece kolay kopmamalıdır.
5. Her paket 10 elektrottan oluşmalıdır.
6. Her bir kablo farklı renkli, 150cm uzunluğunda olmalı, karışmamalıdır.
7. Elektrodun çapı 10mm olmalıdır.
8. Kablolar kolay kopmayacak şekilde kalın ve esnek olmalıdır.
9. Teklif edilen EEG elektrodlar numune değerlendirmesine göre alımı yapılacaktır

Prof. Dr. Hikmet YILMAZ
CBÜ Hürsa Sultan Hastanesi
Nöroloji AD
Dip. Tes. No: 47216