

MALZEME/HİZMET ALIMI İSTEK FORMU

(...Cocuk Yagan Sekmeleri...)

* İşlevsiz Bütünleme Birimi İsmi Yazarıza

No	Malzemenin Adı	Miktari	İstem Tarihi	Ölçü Birimi	İsteğin yaklaşık kullanım süresi	İstek Nedensi	Depo Stok Durumu			(Varsa) En Son Alım			
							Var	Yok	Miktarı	Fiyatı	Tarih	SUT Kodu	SUT Fiyatı
1	Bipop Ventilatör hortum,filter	3 adet 14.38.24	14.38.24 (ay)		Açılı intiyan	7862	14.08.2024		 / ... / 202...		An131C	
		 (ay)						 / ... / 202...			
		 (ay)						 / ... / 202...			
		 (ay)						 / ... / 202...			
		 (ay)						 / ... / 202...			
		 (ay)						 / ... / 202...			
		 (ay)						 / ... / 202...			
		 (ay)						 / ... / 202...			
		 (ay)						 / ... / 202...			
		 (ay)						 / ... / 202...			
		 (ay)						 / ... / 202...			
		 (ay)						 / ... / 202...			
		 (ay)						 / ... / 202...			
		 (ay)						 / ... / 202...			
		 (ay)						 / ... / 202...			

Cocuk Yagon Bakım Uzmanı
Dr. Öğr. Üyesi
Dr. Neslihan ENGIN
* KİMYA DEPARTMENT
Ses No: 114060

Onaylayan:
Prof. Dr. İsmet Topcu
Başhekim

BiPAP Ventilatör Hortumu, Filtreli

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Hava hortumu, standart çapta ve en az 180 cm. uzunlukta olmalıdır. Hortum üzerinde bulunan oksijen verme/basınç ölçüm hattına sahip olmalıdır.
- 2) Hortumun maske bağlantı ucunda ekshalasyon portu olmalıdır.
- 3) Hortumdaki basınç değişimlerine göre ekshalasyon portunun hava çıkışındaki akımın değişim grafiği, şartname cevaplarında gösterilecek ve bu bilginin referansı orjinal dökümanlarda işaretlenmiş olarak gösterilecektir.
- 4) Cihaz içinde olası bir kontaminasyonun önlenmesi ve ortamdaki enfeksiyon riskinin cihaz aracılığıyla hastaya zarar vermesinin önüne geçilmesi amacıyla, hortumun cihaz bağlantı ucunda bakteri/virus滤resi takılı olmalıdır.
- 5) Hastada var olan enfeksiyonun, cihazın kullanım ortamına yayılmasının engellenmesi için ekshalasyon portu hava çıkışına bakteri/virus滤resi takılabilmelidir.
- 6) Hortum ucunda bulunan filtrenin, istenirse ekshalasyon portu üzerindeki hava çıkışına takılması mümkün olmalıdır.
- 7) Devre üzerinde bulunması istenen bakteri/virus滤resi, orjinal devre seti ile birlikte paketlenmiş olmalıdır.
- 8) Hava hortumu, CPAP ve BiPAP noninvaziv ventilasyon maskelerine, trakeostomi kanüllerine hiç bir ara parça gerektirmeden kolaylıkla takılabilecek çapta olmalıdır.
- 9) Hortum dayanıklı malzemeden yapılmış olmalı ve kullanım kolaylığı açısından yeterli esnekliğe sahip olmalıdır.
- 10) Teklif ekinde malzemenin teknik şartnamesine cevaplar madde madde verilmiş olmalıdır. Teklif ile birlikte ilgili bölüme malzeme numunesi verilmelidir. Numunesi getirilmeyen veya şartnameye uygun olmayan numunelerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacağındır.

30 adet

Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı
Dr. Öğretim Üyesi
Dr. Neslihan ZENGİN
Ç.Y.B.Tes. No: 12500 J.p. Tes. No: 114060