


18. Ekspirasyon valf membranının özellikleri şu şekilde olmalıdır:

- a. Ekspirasyon valf membranının metal ara yüzeyi olmalıdır.
- b. Ekspirasyon valf membranı buhar otoklav ile steril edilmelidir.
- c. Membran ekspirasyon valf coverin üzerine kaçak olmayacak şekilde tam oturmalıdır. Ekspirasyon valf kalibrasyonu testini geçmelidir.

19. Ürünün Sağlık Bakanlığı onaylı UTS kaydı bulunmalıdır.


Prof. Dr. T. Ö. ÖZKAN
Dip. Tes. No: 30985-17863
C. S. U. T. F.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.B.D.