

BARKOD ETİKETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Teklif edilen ürün C.B.Ü. Hafsâ Sultan Hastanesi'nde kullanılmak üzere Zebra marka TLP 2844 model barkot cihazları ile uyumlu olmalıdır.

2-1000'lik rulolar halinde 3000 rulo alınacaktır.

3-Barkot etiket ebadı soldan sağa 40 mm yukardan aşağı 30 mm olacaktır.

4-Barkod kuvvetli yapışma özelliğine sahip olmalıdır.

5-Teklif edilen ürün için bırakılacak numune Merkezi Laboratuvar otomasyon sisteminde denendikten sonra 48 saat içinde uygunluk verilecektir.

6-Teklif edilen barkod etiketleri uygun şartlarda saklanmış olmasına rağmen tamamı bitene kadar yapışma özelliğini kesmen ya da tamamen kaybettiği tespit edilirse firma yenisiyle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.



T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI
Dr. Öğr. Üyesi Habib ÖZDEMİR
Dip.Tes.No: 173452/140075

Doç. Dr. Yeşim Güvenç DEMİRAĞCI
Tıbbi Biyokimya A.D. Öğr. Üyesi
Merkezi Laboratuvar Koordinatörü

