

## **ENDOMETRİYUM BİYOPSİ KATATERİ**

1. Malzeme şeffaf plastik materyalden imal edilmiş ve sert (rijit) olmalıdır.
2. Endometrial örnek almaya uygun yapıda olmalıdır.
3. Malzemenin uzunluğu 24.5 ( $\pm 2$ )cm olmalı, dış çap 3.1 mm olmalı ve uç kısımda sağlı sollu 1 veya 2 delikli olmalıdır.
4. Malzemenin içinde vakum yapmayı sağlayan, plastik mandreni bulunmalıdır.
5. Kataterin üzerinde 1'er cm aralıkla 1'den en az 7 cm'e kadar aralık işaretleri olmalıdır.
6. Kanül, içi görülebilir bir renk de olmalıdır.
7. Tek kullanımlık medikal steril ambalajında olmalıdır.
8. Etilen Oksit veya gama Sterilizasyon yöntemi ile steril edilmiş olmalıdır.
9. Malzeme üzerinde üretici firmanın bilgileri bulunmalıdır.
10. CE belgesine sahip olmalı ve UBB kaydı bulunmalıdır.

  
Prof. Dr. Naef Kamal Kusey