

VASCULAR TAPA II TEKNİK ŞARTNAMESİ GR1126

1. Periferel Damar sisteminde arterial ve venöz bozuklukların transkateter yaklaşım yöntemi ile embolizasyonu için nitinolden imal edilmiş silindirik ve self expandable bir alet olmalıdır.
2. Uygulama esnasında sadece bir Guiding Kateter yardımı ile kapatılacak bölgeye kolaylıkla gönderilebilmeli,herhangibir yardımcı ataşmana gerek duyulmamalıdır.
3. Alet, bırakılmadan önce pozisyonlandırma veya deęişim amacı ile geri alınabilmelidir.
4. Çapı 3 mm ile 22 mm. arasındaki vasküler bozuklukların embolizasyonu için deęişik çapta alet seçeneęi olmalıdır.
5. Aletin uzunluğu, çapa baęlı olarak 8 mm'den fazla olmamalıdır.
6. Kullanımı kolay ve kapatma hızı yüksek olmalıdır.
7. İstenilen Vascular Plug ölçüleri,teslimat sırasında kullanıcı bölümün talebine göre belirlenecektir.Uygulama sırasında firma yetkilisi, tam bir set ile işlem esnasında hazır bulunacak ve yapılan ölçüme uygun ölçüdeki aleti temin ederek işlemin yapılmasına olanak sağlayacaktır.
8. Teklif veren firmalar,zaman içinde kullanımla kullanıcı kliniğın elinde kalan miyadı uygun ölçüdeki aletleri, talebe göre uygun ölçüdeki aletler ile deęiştireceklerdir.
9. Vascular Plug, uluslararası kalite belgelerine (CE ve FDA) sahip olmalıdır.
10. Malzeme, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
11. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır.