

BIOPSİ SAKLAMA KABI ŞARTNAMESİ

1. Plastikten yapılmış olmalıdır.
2. Vidalı kapaklı olmalıdır.
3. Kapağı kapatıldığında kolayca yerinden çıkmamalıdır.
4. Formalin ile temasa dayanıklı olmalıdır.
5. 50cc, 100cc, 250cc, 1000cc ve 2000cc olmak üzere beş ayrı hacimde olmalıdır. Bu hacimler kesin olmayıp + %25 oranında değişebilir.


Doç. Dr. Aizu KEFİ
TF Anest. ve Rean. AD
No. 9543 - Tescil No: 100366