

DONDURMALI ABLASYON BALON KATETERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ(KR1047)

1. Kateter atrial fibrilasyon tedavisi için pulmoner ven izolasyonu yapmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Kateter gövde kalınlığı 11.8 Fr çapta olmalıdır
3. Kateterin uç kısmı 9 Fr çapta olmalıdır
4. Balonun şişirilmiş halinin dış çapı 28mm, istenildiğine artırılarak 31 mm. ye şişirilebilir olmalıdır
5. Kateter lümeni en fazla 0.035" çapta kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır.
6. Kateterin efektif uzunluğu 99 cm olmalıdır.
7. Kateterin 5 mm kısa uç ve 12 mm uzun uç seçeneği olmalıdır.
8. Cryobalon konsolu dondurmaya başlamak ve dondurmaya durdurmak üzere pedala sahip olmalıdır.
9. Diyafram hareketlerini algılamak için cryobalon sisteminde sensör olmalıdır.
10. Cryobalon sisteminde özefagus sıcaklık probu seçeneği olmalıdır.
11. İşlem yapılmak üzere firmanın cryobalon konsolu ve klinik destek elemanı kateter laboratuvarında hazır bulunmalıdır.

Dr. Tamer Serhat Yıldız
Kardiyoloji A.D.
T111
Dip. Tes. No: 1192-11910
01861-7618