

KÖK HÜCRE SAKLAMA TORBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ
(500 ML TORBA İÇİN)

- 1-Torba EVA'dan (Etyhyl Vinyl Acetate) imal edilmiş olmalıdır.
- 2-Torba renksiz ve şeffaf olmalıdır.
- 3-Torba -196 dereceye dayanıklı olmalıdır.
- 4-Torbanın hasta bilgilerini içeren etiketin yerleştirilebileceği özel şeffaf bir bölümü olmalıdır.
- 5-Torbanın ürün almaya yarayan örnek alma bağlama parçası ve transfer setleriyle uyumlu iki adet membran portu olmalıdır.
- 6-Torbaya üstten bağlı tüp sistemi, en az iki adet roller klempili çıkış içermelidir.
- 7-Doldurulduktan sonra torbanın kapatılması işlemi, ürün kontaminasyonuna sebep olmayacak şekilde torbaya bağlı tüp sisteminde olmalıdır.
- 8-Torbalar tek tek steril ambalajlarda olmalıdır.
- 9-Torbalar Max. 500 ml kapasiteli olmalıdır.Torbaların dondurma kapasitesi 55-100 ml arasında olmalıdır.
- 10-Bölümümüzdeki kasetlere uyması açısından torbaların uzunluğu 23 cm , genişliği 12.7 cm olmalıdır.



Prof. Dr. İsmet AYDOĞDU
İç. Hast. Hematoloji Uzm.
Dip. Tes. No: 37042