

Manifold Kit Set (KR1149)

Set İeriđi : Koroner Anjio Seti (Üy yollu Manifold + Koroner Anjio Enjektörü + Opak ve Basın Bađlantı Seti)

Üzerindeki muslukların uzun kolları kapalı pozisyonda olacak şekilde ve 3 yollu rotating adaptörlü, sađ pozisyonlu, kristal saydamlıđında, en az 400 psi basına dayanıklı olmalıdır.

1- Set ierisindeki manifoldun 3 yollu musluklarının kullanım kolaylıđı bakımından kolayca ve yumuřak bir şekilde evrilebilir olması gerekmektedir

2- Set ierisindeki anjio enjektörü 12 cc olmalıdır, bađlantıları steril pakette bađlantılı olarak teslim edilmelidir.

3- Set Steril paketlerde non-pirojenik olmalıdır.

4- Paketler üzerinde son kullanım tarihleri mevcut olmalıdır.

5- Teklif edilen ürünün CE belgesi mevcut olmalıdır.

Prof. Dr. Özgür BAYTURA
CBÜ KARDİYOLOJİ AD
55635 / 94256