


## PORT İĞNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK-1

1. İğne port katater sistemi ile kullanıma uygun olmalıdır
2. İğne verev kesimli olmalıdır.
3. Rahat kavranabilmesi ve çıkarılabilmesi için kanat şeklinde açılabilen tutma mekanizması olmalıdır.
4. İğne ucu portun silikon septumuna zarar vermemesi için huber uç yapısı özelliğinde olmalıdır.
5. Alerjik reaksiyonlara neden olmamalıdır
6. İğne 20G ve 18G kalınlığında ve 15mm, 19mm veya 25mm uzunluğunda aralıktırında seçilmelidir.
7. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
8. İğne anti-klinik özellikli, luer-lock bağlantı birimli hasta uzatmasına sahip olmalıdır.
9. İğneler tek tek paketlenmiş olmalıdır.
10. Teslim edilecek ürünlerin Lot ve UBB numaraları tutana üzerinde belirtilmelidir.

  
Doç. Dr. Atike Pınar SBDÖGAN  
M.C.E.Ü. Tıp Fakültesi  
İç Hast. ve Tıbbi Onkoloji Uzm.  
Dip. Tes. No: 130128