

BARKOD ETİKETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Teklif edilen ürün C.B.Ü. Hafsa Sultan Hastanesi'nde kullanılmak üzere Zebra marka TLP 2844 model barkot cihazları ile uyumlu olmalıdır.

2-1000'lik rulolar halinde 3000 rulo alınacaktır.

3-Barkot etiket ebadı soldan sağa 40 mm yukardan aşağı 30 mm olacaktır.

4-Barkod kuvvetli yapışma özelliğine sahip olmalıdır.

5-Teklif edilen ürün için bırakılacak numune Merkezi Laboratuvar otomasyon sisteminde denendikten sonra 48 saat içinde uygunluk verilecektir.

6-Teklif edilen barkod etiketleri uygun şartlarda saklanmış olmasına rağmen tamamı bitene kadar yapışma özelliğini kesmen ya da tamamen kaybettiği tespit edilirse firma yenisiyle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

Doç. Dr. Yeşim Güven GÜMNAÖÇÜ
Tıbbi Biyokimya A.D. Öğr. Üyesi
Merkezi Laboratuvar Koordinatörü