

MİKROSKOP KILIFI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilen mikroskop kılıfının naylonu polietilen malzemeden üretilmiş olmalı ve mikron kalınlığı en az 80 – 90 olmalıdır.
2. Kılıf en az 122*225±5cm ebatlarında ameliyat mikroskobunun objektif, ana gövde, video kamera ve gözlem tüpünü örtecek büyüklükte ve uzunlukta olmalıdır.
3. Kılıfın objektif deliği olmalı ve bu objektif deliği mikroskobun objektifi ile uyumlu olmalıdır.
4. Kılıfın objektif deliği mikroskop objektifine takıldığında aradaki mesafe binoküler başlıkları rahatça hareket edebileceği şekilde olmalıdır.
5. Kılıfın katlama şekli cihazı hızlı ve rahat örtebilmeye elverişli olmalıdır.
6. Kılıfın merceği 65mm çapında yeşil renkli ve ışık yansımalarını kırarak şekilde yatık olmalıdır.
7. Kılıf üzerinde tespit edici yapışkan bantlar bulunmalıdır.
8. Teklif edilen ürün 3 kuşaklı olmalı ve cihazın gövdesini sarabilmelidir.
9. Ürün steril tek paketler halinde olmalı ve paketlerin üzerinde üretim tarihi son kullanım tarihi barkod numarası olmalıdır.
10. Teklif edilen ürün Ürün Takip Sistemi'ne (ÜTS) kayıtlı ve sağlık bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.
11. Teklif veren firma; üretici firmanın bayisi olduğunu tevsik eden belgeleri teklif dosyasında sunmalıdır.

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Beyin ve Sinir Cerrahisi A.D.
Prof. Dr. Yusuf Zeki ULUSOY
Diyadinin Cila Tas. No 43493 - 5000