

BASINÇLI İNFÜZYON POMPASI (PRESSURE CUFF) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Hastaya hızlı bir şekilde sıvı infüze istendiğinde basınç yöntemi kullanarak istenen etkiyi sağlayacak şekilde dizayn ve imal edilmiş olmalıdır.
- 2- Ürünün 500 ml, 1000 ml, 3000 ml ölçülerde sıvıları iletmek amacı ile üretilmiş farklı tipleri mevcut olmalıdır.
- 3- Basınç torbası materyali naylon kaplama termoplastik poliüretan malzemenen yapılmış olmalıdır.
- 4- Şişirme seti ergonomik olarak hızlı ve rahat kullanıma uygun olmalıdır.
- 5- Tetikleyici hava valfleri şişirilmiş cufftan hızlı bir hava çıkışı sağlamalıdır.
- 6- Serum askısına takılmasını sağlayan kısmı sonradan monte edilmiş yapıda olmamalı, kumaşın devamı şeklinde olmalıdır.
- 7- Basınç torbasının serum askısına takıldığı bölümün tasarımı, kopmaya ve herhangi bir dirence karşı daha dayanıklı olabilmesi için sonradan monteye izin vermeyecek şekilde kendinden yapılmış olmalıdır.
- 8- Askıya asmak için IV torbalarına uygun kancası olmalıdır.
- 9- Basınç torbasının içine konan serumun, torbayı şişirmeden önce torbadan düşmesini engelleyen ve serumu tutan askısı olmalıdır,
- 10- Sıvı seviyeleri balon materyali sayesinde izlenebilir ve bu materyal aynı zamanda sıvı torbasında kopma olması durumunda sıvı kalkanı olarak görev yapmalıdır.
- 11- Güçlü, kıvrılmaz, kırılmaz ve esnek yapıda bir hortumu olmalıdır.
- 12- Şişirme balonu ve uygulama torbası arasında yaklaşık 30 cm. olan hortum bulunmalıdır.
- 13- Hortum üzerinde elle ayarlanabilen cricket klemp bulunmalıdır.
- 14- Ürün tek el ile şişirilip söndürülebilmelidir.
- 15- Kalibrasyon sertifikalı, yanlışsız ölçüm yapabilen manometresi olmalı, monometre en az 0-300 mmHg arasında basınç göstermelidir.
- 16- Basınç torbasının kumaş yapısı temizlik ve dezenfeksiyon sonrası oluşabilecek kalıcı lekeleri göstermeyen bir renkte olmalıdır.
- 17- Manometre dış darbelere karşı dayanıklı yapıda korumalı materyalden yapılmış olmalıdır.
- 18- Ürün UTS kaydı bulunmalıdır.
- 19- Teklif veren firma denenmek üzere orijinal 1 (bir) adet numuneyi hastane tıbbi sarf deposuna teslim etmelidir.
- 20- Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.

Ferya Karadağ YALÇIN
Sağlık Hizmetleri Müdürü

